

Campinas, 07 de janeiro de 2022.

A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente Pregão Eletrônico nº 165/2021

Lote 02 – **EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA URINÁLISE,**

Prezado Pregoeiro(a);

A empresa **Aimara Comércio e Representações Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.202.418/0004-41, com sede em Campinas/SP, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 165/2021, vem respeitosamente a presença de V.Sa. para solicitar esclarecimentos acerca do– Lote 02 – EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA URINÁLISE, quanto ao controle de qualidade.

MÓDULO PARA ANÁLISE DE PARTÍCULAS:

Todos os controles normais e patológicos (três níveis) deverão ser da mesma marca® do fabricante do equipamento.

Nossa empresa comercializa o controle da marca Biorad, líder mundial em controle de qualidade homologada pelo fabricante dos equipamentos de urinálise, consolidada no mercado nacional.

Diante do acima exposto, para aumentar a competição no certame com a participação de mais licitantes sem qualquer prejuízo ao serviço, é possível a adequação do Termo de referência com que o controle de qualidade não necessariamente seja da mesma marca do fabricante?

Pela atenção, obrigado.

Atenciosamente,

**AILTON
MARQUES
RAMOS:05
82934885
3**
Assinado de
forma digital por
AILTON
MARQUES
RAMOS:0582934
8853
Dados:
2022.01.07
15:43:18 -03'00'

Ailton Marques Ramos
Diretor Executivo

Questionamento - PE 165-21 - Urinalise - Pref. Mogi Mirim - 070122

Coordenação Laboratório Orlando Ceravolo <coord.laboratorio@mogimirim.sp.gov.br> 10 de janeiro de 2022 09:02
Responder a: Coordenação Laboratório Orlando Ceravolo <coord.laboratorio@mogimirim.sp.gov.br>
Para: Prefeitura de Mogi Mirim <licitacoesmm1@gmail.com>

Bom dia,

Segue a resposta ao questionamento da empresa AIMARA Comércio e Representações LTDA, referente ao Pregão eletrônico nº 165/2021 - lote 02 - Equipamento analisador automático para urinálise.

Na impossibilidade de fornecimento dos controles normais e patológicos (três níveis) da mesma marca® do fabricante do equipamento vigora a declaração de produção, comercialização e distribuidor autorizado desde que o equipamento, insumos e demais itens necessários atendam a finalidade técnica, científica e operacional.

De: "Prefeitura de Mogi Mirim" <licitacoesmm1@gmail.com>

Para: "coord laboratorio" <coord.laboratorio@mogimirim.sp.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 16:08:02

Assunto: Fwd: Questionamento - PE 165-21 - Urinalise - Pref. Mogi Mirim - 070122

[Texto das mensagens anteriores oculto]